Calibración pH

La maniobra más importante es la calibración del sensor respecto a una herramienta de contraste (fotómetro…). Se recomienda primero dejar circular el agua por el sensor 90 minutos, y entonces proceder con la calibración

Pasos para un C-650, C-640 y C-530

Acceder al menú de Programación pulsando la tecla “ENT”

>>PROGRAMACION<<
SENSORES ENTRADA

↓

PROGRAMACION
CANAL 1 (pH)

↓

CALIBRACION
CANAL 1 (pH)

↓

INTRO REFERENCIA
pH: 07.00

Introducir el sensor en la solución de pH=7

↓

ESTABILIZ. 6.96
>>>>>>>>>>>>>>>>

Este valor corresponde a la señal del sensor antes de calibrar

↓

LECTURA ESTABLE
PULSE CAL

↓

INTRO REFERENCIA
pH: 04.00 / 09.00

Repetir el proceso con la solución de pH=4 y pH=9

Mantener el sensor conectado durante todo el proceso

Si se quiere calibrar el Canal-2, acceder a la PROGRAMACION CANAL 2, para el Canal-3 la PROGRAMACION CANAL 3 y para el Canal-4 la PROGRAMACION CANAL 4